



**Wrocławskie Centrum Zdrowia**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ  
ul. Podróżnicza 26/28  
53-208 Wrocław

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/P/D -13/2017

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej: ustawą.

Na ZAMÓWIENIE PN.:

**Sukcesywna dostawa testów do wykrywania narkotyków w moczu i w ślinie na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia**

**33.69.40.00-0 Czynniki diagnostyczne**

**Specyfikacja niniejsza zawiera:**

- Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
- Część II- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
- Część III -Projekt umowy (PU)

**Znak postępowania WCZ/P/D -13/2017**

**Zatwierdzam:  
Dyrektor WCZ SP ZOZ  
Wojciech Skiba**

**Wrocław, 2017-11-27**

**(załącznik A do SIWZ)**

# **SIWZ**

## **Część II**

### **Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego**

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ  
 ul. Podróżnicza 26/28  
 53-208 Wrocław  
 NIP: 894 24 60 800; REGON: 000313331

tel: 71 39 11 748 Faks: **71 39 11 759**,  
 adres strony internetowej: [www.spzoz.wroc.pl/bip](http://www.spzoz.wroc.pl/bip)  
 Godziny urzędowania pn-pt. 7:30-15:00

**2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa Sukcesywna dostawa testów do wykrywania narkotyków w moczu i w ślinie na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia
2. Wykonawca będzie dostarczał poszczególne produkty w warunkach zalecanych przez producenta dla danego produktu do następujących miejsc tj.:

I.p.	JEDNOSTKA	ADRES
1	PRZYCHODNIA STARE MIASTO	Pl. Dominikański 6 Wrocław
2	PRZYCHODNIA KOZANÓW	ul. DOKERSKA 9 Wrocław
3	PRZYCHODNIA GRABISZYN	ul. STALOWA 50 Wrocław
4	OŚRODEK DZIECIĘCYCH PORAŻEŃ MÓZGOWYCH "Puchatek"	ul, Kozanowska 45 Wrocław
5	PRZYCHODNIA STABŁOWICE	ul. STABŁOWICKA 125 Wrocław
6	Poradnia Uzależnień oraz Poradnia Psychiatryczna Dzieci i Dorosłych	ul. Lindego 19-21; Wrocław
7	OŚRODEK OPIEKI ZDROWOTNEJ I REHABILITACJI „CELMED”	ul. Celtycka 15/17, ul. Dziadoszańska 29/1a, ul. Dziadoszańska 29 WROCŁAW
8	OŚRODEK PROFILAKTYCZNO - LECZNICZY CHOROBY ZAKAŻNYCH I TERAPII UZALEŻNIEŃ	ul. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2 WROCŁAW 1. Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych /METADON/ /HIV / AIDS/ 2. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień

3. Zamawiający wymaga, by oferowane produkty posiadały aktualne wymagane prawem zezwolenia dopuszczające do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (Dz. U. tj. z 2016 poz.2142 i 2003 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. tj. z 2017 poz.211), tj. wpisów/zgłoszeń do Rejestru Wyrobów Medycznych, certyfikatów CE, atestów, Deklaracji Zgodności, chyba że oferowane produkty nie podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych, tym samym nie są zarejestrowane przez producentów jako Wyrób Medyczny.
4. **Gwarancja:**  
 Dostarczane produkty muszą posiadać min. 12 miesięczny terminem ważności, liczony od dnia odbioru produktu przez Zamawiającego.

5. **Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia****PAKIET NR 1 - testy do wykrywania narkotyków w moczu**

lp	Nazwa asortymentu towaru:	ilość
1.	Testy do wykrywania opiatów/morfiny w moczu, czułość minimum 300 ng/ml, 1 szt.	3200
2.	Testy do wykrywania amfetaminy w moczu, czułość minimum 1000 ng/ml, 1 szt.	400
3.	Testy do wykrywania metamfetaminy w moczu, czułość minimum 1000 ng/ml, 1 szt.	400
4.	Testy do wykrywania benzodiazepin w moczu, czułość minimum 300 ng/ml, 1 szt.	550
5.	Testy do wykrywania marihuany w moczu, czułość minimum 150 ng/ml, 1 szt.	400
6.	Testy do wykrywania kokainy w moczu, czułość minimum 300 ng/ml, 1 szt.	100
7.	Testy do wykrywania metylenodioksymetametaminy w moczu, czułość minimum 500 ng/ml, 1 szt.	400
8.	Testy do wykrywania metadonu w moczu, czułość minimum 300 ng/ml, 1 szt.	400
9.	Testy do wykrywania tramadolu w moczu, czułość minimum 150 ng/ml, 1 szt.	100
10.	Testy do wykrywania buprenorfiny w moczu, czułość minimum 10 ng/ml, 1 szt.	200
11.	Testy do wykrywania fentanylu w moczu, czułość minimum 20 ng/ml, 1 szt.	100
12.	Testy do wykrywania fałszowania moczu, 1 szt.	50

**PAKIET NR 2- testy do wykrywania narkotyków w moczu**

lp	Nazwa asortymentu towaru:	ilość
1.	Pięciopanelowy test do wykrywania: syntetycznych kanabinoidów, metylenodioksy pirowaleronu, katynonu, oksykodonu i mefedronu w moczu, 1 szt.	200

**PAKIET NR 3 - testy do wykrywania narkotyków w moczu**

lp	Nazwa asortymentu towaru:	ilość
1.	Dwunastopanelowy test do wykrywania: amfetamina, buprenorfina, benzodiazepina, fentanyl, ekstazy, metamfetamina, metadon, opiaty, marihuana, mefedron, syntetyczne kanabinoidy, katynon w moczu, 1 szt.	250

**PAKIET NR 4- testy do wykrywania narkotyków w moczu**

lp	Nazwa asortymentu towaru:	ilość
1.	Test do wykrywania klonazepamu w moczu, czułość minimum 400 ng/ml, 1 szt.	100

**PAKIET NR 5 - testy do wykrywania narkotyków w ślinie**

lp	Nazwa asortymentu towaru:	ilość
1.	Sześciopanelowy test do wykrywania: amfetamina (czułość minimum 50 ng/ml), metamfetamina (czułość minimum 50 ng/ml), benzodiazepin (czułość minimum 30 ng/ml), metadonu (czułość minimum 30 ng/ml), opioidów (czułość minimum 50 ng/ml), kanabionoidów (czułość minimum 50 ng/ml) w ślinie, 1 szt.	100

**Uwaga:**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w stosunku do podanego **w Formularzu asortymentowo-cenowym** stanowiącym **załącznik nr 1A** do IDW. Ilekroć Zamawiający wskazał w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znak towarowy i/lub patent, i/lub pochodzenie to wskazaniu takiemu towarzyszą nieodłącznie wyrazy „lub równoważne”.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, to zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych jest obowiązany wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

**Definicja równoważności:**

Zamawiający dopuszcza oferty równoważne tzn. takie, w których przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania dotyczące składu chemicznego, spektrum działania, danych technicznych i jakościowych postawionych przez Zamawiającego, a od opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez niego różni się znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt równoważny posiada także identyczne wskazania i przeciwwskazania do stosowania.

Wykonawca określi w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1A do IDW) materiał równoważny, jeżeli taki będzie ofertowany przez wykonawcę z obowiązkiem podania symbolu i nazwy producenta przy każdej pozycji.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnej nazwy będzie to oznaczało, że oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego.

Zamawiający prowadzi działalność opartą na podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej i posiada wyposażenie odpowiednie do tej specyfiki. Zamawiający Nie posiada oddziałów dziecięcych, noworodkowych, oddziałów anestezjologicznych oraz pionu żywieniowego